

شماره: ۱۴۰۹/۲۸

سیستم مدیریت یکپارچه

تاریخ: ۱۴۰۳/۱/۲۸

فرم استعلام بهاء معاملات متوسط در سامانه ستاد

(جاری)



شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران

امور واحد درخواست کننده و نظارت: معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب

خواهشمند است نسبت به اعلام قیمت پیشنهادی خود، به شرح استعلام ذیل به این امور از طریق سامانه ستاد دولت اقدام نمایید

شماره درخواست: ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ شماره تعاس ۴۴۵۰۸۳۳۲ آقای عین ابادی

شرح استعلام: کالیبراسیون و صحت سنجی ۴ عدد دبی سنج مغناطیسی مدل ABB با قطر لوله ۲۰۰ به مدت ۱۰ روز مطابق مشخصات فنی پیوست

برآورد اولیه: ۲۶۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

قیمت پیشنهادی کل به عدد (ریال):

قیمت پیشنهاد کل به حروف:

### برنده استعلام متعهد و مکلف به رعایت موارد مشروحة ذیل می باشد:

۱- تایید مدارک ارسالی منوط به داشتن مهر و امضاء پیمانکار می باشد، لازم به ذکر است به پیشنهادی که مشروط و مبهم و یا بدون مهر و امضاء می باشد (حتی با قیمت کمتر) ترتیب اثر داده نخواهد شد در ضمن شرکت اینها در رد یا قبول هریک از پیشنهادها بنابر صرفه و صلاح خود مختار می باشد

۲- مدت: برنده استعلام متعهد می گردد ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به انجام خدمات موضوع قرارداد اقدام نماید

۳- تضمین حسن انجام تعهدات: برنده استعلام متعهد می گردد ظرف مدت ۷ روز پس از اعلام برنده از طرف کارفرما ضمن ارائه ضمانته ام انجام تعهدات نسبت به مهر و امضاء قرارداد اقدام نماید در غیر اینصورت بنا به صلاح دید و صرفه و صلاح شرکت آینه اولویت به شرکت دوم داده می شود

۴- پرداخت کلیه کسورات قانونی بر عهده برنده استعلام می باشد

۵- بارگذاری مدارک مثبت پیشنهاد دهنده اساسنامه، روزنامه رسمی و اخرين تغییرات در سامانه ستاد دولت الزامي می باشد

۶- تکمیل و مهر و امضاء و بارگذاری مجدد فرم استعلام بها و اسناد استعلام و مستندات HSE در سامانه ستاد دولت الزامي می باشد

۷- بارگذاری گواهی صلاحیت اینمی صادره از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی معتبر در زمان بازگشایی یا نامه های موقت صادره از وزارت کار معتبر در زمان بازگشایی نیز مورد قبول می باشد

۸- منبع تامین اعتبار: پرداخت از محل اعتبارات جاری شرکت می باشد و هزینه تکثیر اوراق قرارداد بر عهده برنده استعلام است

۹- تکمیل اطلاعات ذیل توسط پیمانکار الزامي است:

محل ثبت:

شماره ثبت:

نام شرکت:

کد اقتصادی:

شناسه ملی:

نام مدیر عامل:

شماره تلفن و فکس:

مدیر کفتر قراردادها و بازرگانی

رئیس اداره بازرگانی

مهر و امضاء پیمانکار

فرم اراده و امور بازرگانی

شرح خدمات:

کالیبراسیون و صحت سنجی ۴ عدد دبی سنج با مشخصات ذیل مد نظر میباشد:

• دستگاه های دبی سنج مغناطیسی برنده FEX100 waterMaster ABB مدل

• محل و شرایط نصب: دبی سنج ها جهت اندازه گیری دبی فاضلاب خام ورودی در تصفیه خانه  
فاضلاب نصب گردیده اند و برای اندازه گیری دبی نیاز به تمهیدات خاص می باشد. دبی سنج  
ها به صورت عمودی نصب گردیده اند.

• قطر لوله: DN200

• گواهی کالیبراسیون معتبر صادر گردد.

• مدت زمان انجام کار: ده روز کاری

